



РОССТАНДАРТ

Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Тульской области»

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA-RU.311348

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 4399 /10-5

Действительно до:

«10» декабря 2019 г.

Средство измерений

Клещи токоизмерительные

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном

ручные

информационном фонде по обеспечению единства измерений

FLUKE 325

Госреестр № 49917-12

(если в составе средства измерений входит несколько автономных блоков, то приводят их перечень)

Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

Заводской ном.зр (номера)

27720087WS

поверено:

в соответствии с методикой поверки

наименование величины, диапазона, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с

МИ 1202-86, ГОСТ 8.497-83, ГОСТ 8.366-79

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов

3.1.ZBJU.0035.2012

3.1.ZBJU.0533.2014, 3.1.ZBJU.0867.2016

разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов

температура 22 °С атм. давление 98 кПа

приводят перечень влияющих факторов

отн. влажность воздуха 50 %

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

18002739197

Зам. нач. отдела поверки РЭМ СИ

Подпись

С.И. Познякевич

инициалы, фамилия

Поверитель

Подпись


Н.Н. Володькина

инициалы, фамилия

Дата поверки

«11» декабря 2018 г.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ



Принадлежность: ООО "СМАРТ ИНСТАЛЛ"

ИНН 7105048651

наименование юридического (физического) лица, ИНН

Поверитель


.....
Подпись

Н. Н. Володькина

инициалы, фамилия

Дата поверки
«11» декабря 2018 г.

390028 г. Тула ул. Болдина 21
(3572) 24-70-00, факс 24-70-33
www.tula-sm.ru sm@tula-sm.ru



804508